ООО «Ромашка»
УТВЕРЖДАЮ: главный врач ООО «Ромашка»
П. П. Петров
16 ноября 2026 г.

# Акт ввода в эксплуатацию

рециркулятора бактерицидного

16 ноября 2026 г. № 7-ВЭ

Комиссия в составе: главного врача Петрова П. П., инженера по охране труда Сидорова А. А. и старшей медицинской сестры Кузнецовой И. И. провела приёмку и ввод в эксплуатацию рециркулятора бактерицидного.

Прибор: рециркулятор бактерицидный ОБР-30, заводской номер 123456, изготовитель ООО «Альфа», дата выпуска 05.10.2026. Поставлен по счёту № 118 от 10.11.2026. Бактерицидная лампа: тип ДБ-30-1, мощность 30 Вт, ресурс 8000 часов, дата установки 16.11.2026.

Прибор установлен в процедурном кабинете № 3 на высоте 1,5 м от пола. Объём помещения 42 куб. м. Прибор подключён к сети, работает бесшумно, без запаха озона. Счётчик наработки лампы выставлен на ноль.

Комиссия проверила: прибор соответствует паспорту, инструкция по эксплуатации и журнал учёта работы установки имеются, ответственный за эксплуатацию назначен — старшая медицинская сестра Кузнецова И. И.

Прибор принят и введён в эксплуатацию с 16.11.2026. Установлен срок замены бактерицидной лампы — по показаниям счётчика наработки, но не реже, чем указано в паспорте прибора.

**Председатель комиссии**

Главный врач

_____ / П. П. Петров /

**Члены комиссии**

Инженер по охране труда

_____ / А. А. Сидоров /

Старшая медицинская сестра

_____ / И. И. Кузнецова /

Образец с сайта nikexpert.ru