УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Лаборатория»
_____ А. В. Смирнов
«15» декабря 2026 г.

План внутрилабораторного контроля

на 2027 год

№ 7-ВЛК

Внутрилабораторный контроль проводить по процедурам, указанным в таблице. Контроль охватывает методики, по которым лаборатория выдаёт результаты заказчикам: ГОСТ 31957-2012 (щёлочность воды, карбонаты и гидрокарбонаты), ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 (ионы аммония), ГОСТ 18164-72 (сухой остаток).

Контроль повторяемости: два параллельных определения из одной пробы, расхождение не должно превышать норматива, установленного методикой. Периодичность — не реже одной пробы в месяц по каждой методике.

Контроль с использованием контрольных проб с известным содержанием: не реже одной пробы в квартал по каждой методике. Результат признаётся удовлетворительным, если погрешность не выходит за предел, установленный в свидетельстве об аттестации методики.

Ответственный за проведение контроля — заведующий лабораторией. Результаты оформлять протоколом контроля и хранить вместе с рабочими журналами.

Составил

Заведующий лабораторией

_____ / И. И. Петрова /

Образец с сайта nikexpert.ru