ООО «Ромашка»
Метрологическая служба
Начат 12 января 2026 г.
Окончен _____

Журнал учёта поверки средств измерений

ООО «Ромашка», метрологическая служба

Запись № 7 от 14 октября 2026 г.

Средство измерений: манометр показывающий МП-100, заводской номер 4471, диапазон 0–1,6 МПа, класс точности 1,5. Место установки — котельная, узел учёта пара. Ответственный — слесарь КИПиА С. А. Кузнецов.

Поверку выполнила аккредитованная организация ООО «Метролог-Сервис», аттестат аккредитации № RA.RU.311234. Поверка проведена 12 октября 2026 года методом прямых измерений по методике МИ 2124-90. Результат — годен.

Выдано свидетельство о поверке № С-БФ/14-10-2026/12345678-1, действительно до 11 октября 2027 года. Сведения внесены в ФГИС «Аршин» 13 октября 2026 года. На прибор нанесён знак поверки, запись о поверке внесена в паспорт.

Прибор допущен к применению с 14 октября 2026 года. Следующая поверка — не позднее 11 октября 2027 года. Запись внёс инженер по метрологии А. В. Смирнова.

Ответственный за ведение журнала

Инженер по метрологии

_____ / А. В. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru